

賃貸借業務仕様書

市立秋田総合病院

|       |                                                                                                                                                      |                                                |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 物件名   | 尿検査総合搬送システム                                                                                                                                          |                                                |  |
| メーカー名 | 栄研化学株式会社                                                                                                                                             |                                                |  |
| 台数    | 一式（US-3600、UF-5000、CV-11（2台）、U-WAM）                                                                                                                  |                                                |  |
| 設置場所  | 秋田市川元松丘町4番30号 市立秋田総合病院 臨床検査科                                                                                                                         |                                                |  |
| 契約期間  | 令和8年4月1日～令和13年3月31日                                                                                                                                  |                                                |  |
| 規格    | 全自動尿分析装置 US-3600 1台                                                                                                                                  | 測定部本体 約525mm(W)×約620mm(D)×約525mm(H)<br>重量約41kg |  |
|       | 全自動尿中有形成成分分析装置<br>UF-5000 1台                                                                                                                         | 測定部本体 約450mm(W)×約637mm(D)×約786mm(H)<br>重量約65kg |  |
|       |                                                                                                                                                      | 空圧源部 約280mm(W)×約355mm(D)×約400mm(H)<br>重量約17kg  |  |
|       | 尿検査部門情報管理システム<br>U-WAM 1台                                                                                                                            | 本体 367mm(W)×378mm(D)×98mm(H)<br>重量約10kg        |  |
|       |                                                                                                                                                      | キーボード 454mm(W)×173mm(D)×42mm(H)<br>重量約0.9kg    |  |
|       |                                                                                                                                                      | LCD 510mm(W)×170mm(D)×401mm(H)<br>重量約7kg       |  |
|       | 尿検体搬送装置 CV-11 2台                                                                                                                                     | 640mm(W)×416mm(D)×230mm(H) 重量約24kg             |  |
|       | オンライン接続                                                                                                                                              | ホスト⇔U-WAM                                      |  |
| 保守費用  | 点検1回／年、フルサポート：平日9：00～17：00対応                                                                                                                         |                                                |  |
| 保守体制  | 機器が正常に稼働するよう、点検を行い装置の動作状況を確認すること。                                                                                                                    |                                                |  |
|       | 緊急時（物件の破損、故障）については速やかに対応すること。                                                                                                                        |                                                |  |
|       | 運用に必要な知識の説明と指導を行うこと。                                                                                                                                 |                                                |  |
| その他   | 納入する機器は未使用の物とし、稼働が可能な状態で引き渡すこと。                                                                                                                      |                                                |  |
|       | 薬機法など関連する法令を遵守すること。                                                                                                                                  |                                                |  |
|       | 搬送費、機器の維持に必要な保守費用など、稼働に必要な諸経費をすべて含めた額とすること。<br>機器の搬入、据付、調整等に際しては必要な養成を行い、建物等を破損した場合には速やかに補修すること。<br>なお、本件はいわゆる試薬リースではなく、当該検査機器本体のリースであるから見積時に留意すること。 |                                                |  |