

保守業務委託仕様書

地方独立行政法人市立秋田総合病院

1 委託件名

病総委 第26-07号
アブレーション関連装置保守委託

2 履行場所

地方独立行政法人市立秋田総合病院 循環器内科
秋田県秋田市川元松丘町4番30号

3 履行期間

令和8年4月1日～令和9年3月31日

4 保守対象機器

(1) 経食道体外型心臓ペースメーカー用電極

- ・機器名 JLL食道温モニタリングシステム EsophaStar Monitor
- ・メーカー 日本ライフライン株式会社
- ・型式 EM-1
- ・数量 1台
- ・個体番号 1980022

(2) 手動式除細動装置

- ・機器名 心腔内除細動装置 SHOCK AT α
- ・メーカー 日本ライフライン株式会社
- ・型式 ACG30-2
- ・数量 1台
- ・個体番号 2090071

(3) 心臓カテーテル用検査装置（ポリグラフシステム）

- ・メーカー フクダ電子株式会社

No	機器名	型式	数量	個体番号
1	ポリグラフ本体ユニット	CL-2000	1	50000078
2	スーパーユニット	HS-2312N	1	50000250
3	PGインターフェイスユニット	HP-200	1	50000246
4	FCL-1000 専用キーボードL	KB-101	1	50000468
5	FCL-1000 21インチLCD	LC-1021	2	①50000708 ②50000709
6	EPSメインユニット	HA-210	1	50000081
7	EPS拡張ユニット	HA-220	1	50000013
8	カーディアックスティムレータ	BC-2100	1	

5 契約プラン等

(1) JLL食道温モニタリングシステム Esophastar Monitor

フルメンテナンス

(サービス内容)

- ・定期点検 1回／年

外観点検

製品内外の清掃

動作点検

精度校正

安全点検

定期交換部品含む

- ・修理

修理に伴う技術料

修理で発生した部品代

※但し、付属品（ケーブル）消耗品除く

(2) 心腔内除細動装置 SHOCK AT α

フルメンテナンス

(サービス内容)

- ・定期点検 1回／年

外観点検

製品内外の清掃

動作点検

精度校正

安全点検

定期交換部品含む

- ・修理

修理に伴う技術料

修理で発生した部品代

※但し、付属品（ケーブル）消耗品除く

(3) 心臓カテーテル用検査装置（ポリグラフシステム）

定期点検

(サービス内容)

- ・定期点検 1回／年

清浄状態チェックおよび清掃

外観チェック

電源部点検

性能、表示、操作、記録点検

電気的安全性

- ・オンコール修理

技術工料含む（部品代除く）