

保守点検業務委託仕様書

地方独立行政法人市立秋田総合病院

1 委託件名

病総委 第25-43号

透析用監視装置保守点検業務委託

2 履行場所

地方独立行政法人市立秋田総合病院 透析センター

秋田県秋田市川元松丘町4番30号

3 履行期限

令和8年3月31日まで

4 保守点検対象機器

名 称	メーカー	型 式	経過年数	数 量	製造番号
個人用 多用途透析装置	日機装(株)	DBB-100NX	8年目	1台	①J1708163
多用途 透析用監視装置	日機装(株)	DCS-27	10年目	3台	①J1503473 ②J1504427 ③J1504428
		DCS-100NX	8年目	2台	①J1708279 ②J1708280
		DCS-200Si	4年目	2台	①J2155384 ②J2155385
			6年目	2台	①J1910278 ②J1910279
JWS個人用RO装置	日本ウォーター システム	MJ-P1	3年目	1台	
微粒子ろ過フィル ター	ダイセン・メン ブレン・システ ムズ	ET-3F	3年目	1台	
RO装置	ダイセン・メン ブレン・システ ムズ	NF-RE18RS	8年目	1台	

5 保守点検内訳

- ・ 部品交換
- ・ 作業工賃
- ・ 諸経費

6 その他

- ・ メーカーまたはメーカー指定業者による保守点検とする。
- ・ 修理完了後、点検を行い動作に異常がないことを確認し引き渡すこと。
上記費用および作業費・諸経費をすべて含めた額にすること。