

# 保守業務委託仕様書

地方独立行政法人市立秋田総合病院

## 1 委託件名

アブレーション関連装置保守委託

## 2 履行場所

地方独立行政法人市立秋田総合病院 循環器内科  
秋田県秋田市川元松丘町4番30号

## 3 履行期間

令和7年4月1日～令和8年3月31日

## 4 保守対象機器

メーカー 日本ライフライン株式会社

### (1) 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット

- ・機器名 アブレーション装置 CABL-IT II
- ・型式 JCP-50
- ・数量 1 台
- ・個体番号 1930030

### (2) 能動式圧注入調節装置

- ・機器名 JLLイリゲーションシステム CABL-IT Pump
- ・型式 CP-1
- ・数量 1 台
- ・個体番号 1570156

### (3) 経食道体外型心臓ペースメーカー用電極

- ・機器名 JLL食道温モニタリングシステム Esophastar Monitor
- ・型式 EM-1
- ・数量 1 台
- ・個体番号 1980022

### (4) 手動式除細動装置

- ・機器名 心腔内除細動装置 SHOCK AT  $\alpha$
- ・型式 ACG30-2
- ・数量 1 台
- ・個体番号 2090071

メーカー ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

(5) 非目視下非鏡視下処置用電気手術器

- ・機器名 BMC RFジェネレーターII
- ・型式 REP-100A
- ・数量 1 台
- ・個体番号 191205-003

メーカー フクダ電子株式会社

(6) 心臓カテーテル用検査装置 (ポリグラフシステム)

No	機器名	型式	数量	個体番号
1	ポリグラフ本体ユニット	CL-2000	1	50000078
2	スーパーユニット	HS-2312N	1	50000250
3	PGインターフェイスユニット	HP-200	1	50000246
4	FCL-1000 専用キーボードL	KB-101	1	50000468
5	FCL-1000 21インチLCD	LC-1021	2	①50000708 ②50000709
6	EPSメインユニット	HA-210	1	50000081
7	EPS拡張ユニット	HA-220	1	50000013

(7) 診断用心臓電気刺激

- ・機器名 カーディアックスティムレーター
- ・型式 BC-2100
- ・数量 1 台
- ・個体番号 50000113

メーカー 日本メドトロニック株式会社

(8) 冷凍カテーテルアブレーションシステム

- ・機器名 CryoConsole
- ・型式 106A3
- ・数量 一式
- ・個体番号 5M1201

## 5 契約プラン等

(1) アブレーション装置 CABL-IT II

(2) JLL入りゲーシオンシステム CABL-IT Pump

### 定期点検

(サービス内容)

- ・ 定期点検 1回/年  
外観点検  
製品内外の清掃  
動作点検  
精度校正  
安全点検

(3) JLL食道温モニタリングシステム Esophastar Monitor

(4) 心腔内除細動装置 SHOCK AT  $\alpha$

### フルメンテナンス

(サービス内容)

- ・ 定期点検 1回/年  
外観点検  
製品内外の清掃  
動作点検  
精度校正  
安全点検  
定期交換部品含む
- ・ 修理  
修理に伴う技術料  
修理で発生した部品代  
※但し、付属品（ケーブル）消耗品除く

(5) 非目視下非鏡視下処置用電気手術器 BMC RFジェネレーターII

### トータルケア

(サービス内容)

- ・ 定期点検 1回/年  
外観点検  
製品内外の清掃  
動作点検  
精度校正  
安全点検
- ・ 代替機貸出

(6) 心臓カテーテル用検査装置 CL-2000ほか一式

(7) カーディアックスティムレーター BC-2100

#### 定期点検

(サービス内容)

- ・ 定期点検 1回／年  
清浄状態チェックおよび清掃  
外観チェック  
電源部点検  
性能、表示、操作、記録点検  
電氣的安全性
- ・ オンコール修理  
技術工料含む (部品代除く)

(8) 冷凍カテーテルアブレーションシステム CryoConsole

#### フルメンテナンス

(サービス内容)

- ・ 定期点検 1回／年
- ・ 故障発生時  
出張修理、作業料、部品代